

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 9/2019 na Dostawę specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych wraz z umeblowaniem stanowiących wyposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa części budynku hali produkcyjnej na potrzeby Laboratorium Badań Powłok Galwanicznych.”

Pytanie:

W związku z faktem, iż Zamawiający planuje oglądać duże próbki prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga następującej funkcji oprogramowania:

- Automatyczne tworzenie obrazów o zwiększonej głębi ostrości w trakcie ogniskowania ręcznego

Odpowiedź:

Urządzenie wymaga zwiększonej głębi ostrości.

- Automatyczne tworzenie obrazów panoramicznych (ręczne) nie mieszczących się w polu widzenia

Odpowiedź:

Urządzenie winno tworzyć obrazy panoramiczne nie mieszczących się w polu widzenia.